



«АмплиТест® Корь»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/16250

Единственный зарегистрированный в России набор реагентов для выявления всех клинически значимых субтипов вируса кори методом полимеразной цепной реакции

- Набор предназначен для качественного выявления РНК вируса кори (*Measles morbillivirus*) в мазках со слизистой носо- и ротоглотки
- Набор рассчитан на проведение 50 определений
- Для проведения полного ПЦР-исследования в соответствии с инструкцией необходимо использовать комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «АмплиТест РИБО-преп» производства ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА

- ✓ Выявление всех клинически значимых субтипов вируса кори
- ✓ Выявление вируса на самой ранней стадии развития заболевания (за 3-5 дней до появления характерной коревой сыпи)
- ✓ Аналитическая чувствительность набора — 1×10^3 ГЭ/мл
- ✓ Наличие внутреннего контрольного образца (ВКО) позволяет контролировать все этапы ПЦР-исследования для каждого образца, оценивать влияние потенциальных ингибиторов на результаты ПЦР-исследования, а также исключать ложноотрицательные результаты
- ✓ Доказано отсутствие перекрестных реакций с другими возбудителями инфекционных заболеваний

Набор адаптирован для амплификаторов

- Rotor-Gene Q (QIAGEN)
- CFX 96 (Bio-Rad)
- ДТпрайм (ДНК Технология)

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев



119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д.10 стр. 1
e-mail: promlab@cspfmba.ru

По вопросам приобретения продукции
тел.: +7 (495) 540-61-77 доб. 3008, 3023, 3026, 3024
e-mail: saleslab@cspfmba.ru